

DR扫描间
悬吊DR功率
120KVA

CT+DR 操作间

CT 扫描间
CT机架重
2400kg, 140KVA

放射科候诊大厅

放射科导医台

放射科卫生间

MR库房或
护士准备间


更衣间2

更衣间1

MR设备间

MR扫描间

操作间/阅片室



空调水冷机外机和失超管在此
处仅表示示意位置，具体位置
需在现场和客户共同协商决定

磁体运输通道

MR磁体重6000kg,
设备功率160KVA,
其中磁体100KVA,
空调水冷机60KVA